

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17254321-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81572549-3ЦП1
Лоттың атауы :	Дефибриллятор
Лоттың сипаттауы:	жүрек ырғағының бұзылуын емдеу үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дефибриллятор Amoul i5 (с дисплеем)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы, Керей-Жанибек хандар, 470
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Өнім атауы: дисплейі бар Amoul i5 Автоматты сыртқы дефибрилляторы. 1. Тауардың мақсаты Автоматты сыртқы дефибриллятор жүрек ритағын автоматты түрде талдау және тиісті көрсеткіштер болған кезде дефибрилляция жүргізу арқылы жүректің кенеттен тоқтауы кезінде шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған. Бұйым медициналық мекемелерде, қоғамдық орындарда және алғашқы көмек көрсету талап етілетін өзге де объектілерде пайдалануға арналуға тиіс. 2. Техникалық сипаттамалары * Өнім түрі - автоматты сыртқы дефибриллятор (AED) немесе баламасы. * Пациенттер санаты-ересектер, балалар және сәбилер. * Жұмыс режимі - үздіксіз. * Разряд энергиясы: ересектер үшін-200 Дж дейін; балалар мен сәбилер үшін - **50 Дж * * дейін. Дефибрилляция импульсінің формасы - пациенттің кедергісін автоматты түрде өтейтін екі фазалы қысқартылған экспоненциалды (BTE). Экран - түсті TFT, диагональ * * кемінде 7 дюйм**, ажыратымдылық * * кемінде 800 × 480 пиксель**, сенсорлық. Интерфейс интуитивті, экранда ақпаратты көрсетеді. Құрылғы реанимациялық іс-шараларды өткізудің барлық кезеңдерінде пайдаланушыға дауыстық және көрнекі кеңестер беруі тиіс. Дисплейде мәтіндік нұсқаулар, иллюстрациялар, жүрек соғу жиілігінің параметрлері (Егер функция болса), орындалған разрядтардың саны және басқа да қызметтік ақпарат көрсетілуі керек. * Разрядқа дайындық уақыты - жедел көмек көрсетуді қамтамасыз ететін ең аз уақыт. * Қуат - бір реттік жоғары сыйымдылықтағы литий батареясы. * Күту режимінде батареяның қызмет ету мерзімі - * * кем дегенде 5 жыл**. * Электродтар құрылғымен үйлесімді болуы керек және ересектер мен балаларда қолдануды қамтамасыз етуі керек (тиісті режим немесе жеке электродтар болған жағдайда). * Құрылғы жүрек соғу жиілігін автоматты түрде талдауы керек және оқулар болмаған кезде разрядты орындау мүмкіндігін болдырмауы керек. * Тиісті жиынтық болған жағдайда қашықтықтан мониторингті және 4G желісі арқылы деректерді беруді қолдауға жол беріледі. 3. Толықтығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек: * Автоматты сыртқы дефибриллятор; * қайта зарядталатын батарея (немесе өндірушінің конфигурациясына сәйкес бір реттік литий батареясы); * ересектерге арналған электродтар жиынтығы; * балалар электродтарының жиынтығы немесе балалар режимі бар әмбебап электродтар (тиісті конструкция болған жағдайда); * орыс тілінде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; * өнімнің паспорты; * тасымалдауға арналған сөмке немесе қорап (зауыттық жиынтықта болған жағдайда 4. Сапаға қойылатын талаптар * Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек. * Бұйым медициналық бұйымдардың қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі және заңнамада көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағында айналыс үшін тіркелуі тиіс. * Механикалық зақымға, корпус пен компоненттердің ақауларына жол берілмейді. 5. Қаптама және таңбалау * Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. * Таңбалауда Өнімнің атауы, моделі,

	<p>сериялық нөмірі, Өндіруші туралы мәліметтер, шығарылған күні, негізгі техникалық сипаттамалары және батареяның қызмет ету мерзімі туралы мәліметтер болуы керек. 6. Сәйкестікті растау Жеткізу кезінде өнім беруші тіркеу куәлігін (қажет болған жағдайда), декларацияны немесе сәйкестік сертификатын (міндетті талаптар болған жағдайда), бұйымның паспортын және тауардың сапасын растайтын өндіруші құжаттарын қоса алғанда, медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық Одақ заңнамасының талаптарына тауардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. 7. Жеткізу шарттары *</p> <p>Тауарды жеткізу, түсіру және беру Тапсырыс беруші көрсеткен орынға дейін жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. * Жеткізуші өндірушінің кепілдік міндеттемелерін сақтай отырып, тауарды толық зауыттық жиынтықта жеткізуді қамтамасыз етеді. * Пайдаланудың кепілдік мерзімі - ** тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 24 ай**.</p>
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17254321-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия
Номер лота:	№ 81572549-3ЦП1
Наименование лота:	Дефибриллятор
Описание лота:	для терапии нарушений сердечного ритма
Дополнительное описание лота:	Дефибриллятор Amoul i5 (с дисплеем)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Алматы, Керей-Жанибек хандар, 470
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты заключения договора

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Автоматический наружный дефибриллятор Amoul i5 с дисплеем. 1. Назначение товара Автоматический наружный дефибриллятор предназначен для оказания экстренной медицинской помощи при внезапной остановке сердца путем автоматического анализа сердечного ритма и проведения дефибрилляции при наличии соответствующих показаний. Изделие должно быть предназначено для использования в медицинских учреждениях, общественных местах и иных объектах, где требуется оказание первой помощи. 2. Технические характеристики * Тип изделия - автоматический наружный дефибриллятор (AED) или эквивалент. * Категория пациентов - взрослые, дети и младенцы. * Режим работы - непрерывный. * Энергия разряда: для взрослых - до 200 Дж; для детей и младенцев - до **50 Дж**. Форма импульса дефибрилляции - двухфазная усеченная экспоненциальная (BTE) с автоматической компенсацией импеданса пациента. Экран - цветной TFT, диагональ **не менее 7 дюймов**, разрешение **не менее 800 × 480 пикселей**, сенсорный. Интерфейс - интуитивно понятный, с отображением информации на экране. Устройство должно обеспечивать голосовые и визуальные подсказки пользователю на всех этапах проведения реанимационных мероприятий. На дисплее должны отображаться текстовые инструкции, иллюстрации, параметры сердечного ритма (при наличии функции), количество выполненных разрядов и иная служебная информация. * Время подготовки к разряду - минимальное, обеспечивающее оперативное оказание помощи. * Питание - одноразовая литиевая батарея высокой емкости. * Срок службы батареи в режиме ожидания - **не менее 5 лет**. * Электроды должны быть совместимы с устройством и обеспечивать применение у взрослых и детей (при наличии соответствующего режима или отдельных электродов). * Устройство должно выполнять автоматический анализ сердечного ритма и исключать возможность выполнения разряда при отсутствии показаний. * При наличии соответствующей комплектации допускается поддержка удаленного мониторинга и передачи данных через сеть 4G. 3. Комплектность В комплект поставки должны входить: * автоматический наружный дефибриллятор; * аккумуляторная батарея (или одноразовая литиевая батарея согласно комплектации производителя); * комплект электродов для взрослых; * комплект детских электродов либо универсальные электроды с детским режимом (при наличии соответствующей конструкции); * руководство по эксплуатации на русском языке; * паспорт изделия; * сумка или кейс для переноски (при наличии в заводской комплектации 4. Требования к качеству * Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. * Изделие должно соответствовать требованиям безопасности медицинских изделий и быть зарегистрировано для обращения на территории Республики Казахстан в случаях, предусмотренных законодательством. * Не допускаются механические повреждения, дефекты корпуса и комплектующих. 5. Упаковка и маркировка * Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность</p>
--	---

	<p>изделия при транспортировке и хранении. * Маркировка должна содержать наименование изделия, модель, серийный номер, сведения о производителе, дату изготовления, основные технические характеристики и сведения о сроке службы батареи. 6. Подтверждение соответствия При поставке поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области обращения медицинских изделий, включая регистрационное удостоверение (при необходимости), декларацию или сертификат соответствия (при наличии обязательных требований), паспорт изделия и документы производителя, подтверждающие качество товара. 7. Условия поставки * Доставка, разгрузка и передача товара осуществляются силами и за счет поставщика до места, указанного заказчиком. * Поставщик обеспечивает поставку товара в полной заводской комплектности с сохранением гарантийных обязательств производителя. * Гарантийный срок эксплуатации - **не менее 24 месяцев** с даты поставки товара.</p>
--	--