

Техникалық сипаттама

«Зертханалық / оқу-зертханалық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту жөніндегі жұмыстар».

4 өлшеу құралдарын диагностикалау бойынша жұмыстар (үш дозиметр-радиометрлері МКС-АТ1117М (2 дана) және МКС-АТ1123, және торон радонның және олардың еншілес Альфаград плюс ыдырау өнімдерін мониторингтеуге арналған бір кешен) жеткізушінің зертханасында жүзеге асырылады. Жеткізушіде сапалы техникалық жұмысты көрсету үшін барлық қажетті құралдар мен құрылғылар болуы керек.

Диагностика қызметтеріне мыналар кіреді:

- ақпаратты анықтау блоктары мен өңдеу блоктарының жұмысын тексеру;
- автономды ауа үрлеу құрылғысының жұмысын тексеру;
- қайта зарядталатын батареялардың сапасын тексеру;
- индикатор мен дыбыстық сигналдарды тексеру;
- зарядтағыштардың күйі мен жұмысы;
- ішкі тақталар мен датчиктердің күйі және дұрыс жұмыс істеуі;
- байланыс клемдерінің күйі;
- кірістірілген есептелетін кристалдардың тұтастығы.

Көрсетілген қызметтерді аяқтау нысаны диагностика бойынша орындалған қызметтер актісін (аралық актіні) ресімдеу және қол қою және кейіннен жөндеу құнымен анықталған ақаулар болып табылады.

Жауапты қызметкер: Левашов Михаил +7 777 250 0725.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования».

Работа по диагностике 4 средств измерений (трех дозиметр-радиометров МКС-АТ1117М (2шт.) и ДКС-АТ1123, а также одного комплекса для мониторинга радона торона и их дочерних продуктов распада Альфаград плюс) осуществляются в лаборатории Поставщика.

Поставщик должен иметь все необходимые приборы и приспособления для качественного технического обслуживания.

В услуги по диагностике входит:

- проверка работоспособности блоков детектирования и блоков обработки информации;
- проверка работоспособности автономного воздухоудвнного устройства;
- проверка качества аккумуляторных батарей;
- проверка индикации и звуковых сигналов;
- состояние и работу зарядных устройств;
- состояние и правильную работу внутренних плат и датчиков;
- состояние соединительных клем;
- целостность встроенных счетных кристаллов.

Формой завершения оказанных услуг является оформление и подписания акта (промежуточного акта) выполненных услуг по диагностике и выявленных неисправностей со стоимостью последующего ремонта.

Ответственный сотрудник: Левашов Михаил +7 777 250 0725.

