

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17253944-1
Сатып алудың атауы:	Бактериологиялық зертханаға арналған шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82957244-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	бумен тазалауды тексеру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Индикатор контроля паровой стерилизации 132 градус 20 мин. (1000 шт)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана, А. Сызғанов көшесі 3/2
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бумен зарарсыздандыруды бақылау индикаторы 132 градус 20 минут. (1000 дана) Сипаттамасы: Бумен зарарсыздандыруға арналған бір реттік көп режимді химиялық индикатор, 132/20 мин. Бұл индикаторлар бумен зарарсыздандырудың маңызды айнымалыларын - стерилизация температурасын, зарарсыздандыруды ұстау уақытын және қаныққан будың болуын- зарарсыздандырылған заттардың ішінде де, тиісті жағдайларда бумен вакуумды стерилизаторлардың зарарсыздандыру камерасында да бақылауға арналған. Олар ГОСТ ISO 11140-1-2011 бойынша 4-сыныпқа (көп айнымалы көрсеткіштер) жатады. Нормативтік-техникалық құжаттамасы: паспорт; Жарамдылық мерзімі: Жеткізу сәтінде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде 80%-ы сақталуы тиіс. Тауарларды жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 күнтізбелік күн

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17253944-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов для баклаборатории
Номер лота:	№ 82957244-3ЦПЗ
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля паровой стерилизации
Дополнительное описание лота:	Индикатор контроля паровой стерилизации 132 градус 20 мин. (1000 шт)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Астана, улица А. Сызганова 3/2
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Индикатор контроля паровой стерилизации 132 градус 20 мин. (1000 шт) Характеристика: Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации 132/20мин. Индикаторы предназначены для контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации — температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара как внутри стерилизуемых изделий, так и в стерилизационной камере паровых форвакуумных стерилизаторов при соответствующих режимах. Относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Нормативно-техническая документация: паспорт; Срок годности: На момент поставки не менее 80% от указанного срока годности на упаковке; Срок поставки товаров: 30 календарных дней по заявке Заказчика