

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17251989-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82523340-3ЦП1
Лоттың атауы :	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	ауалы зарарсыздандыруды бақылауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төмен температуралы плазмалық стерилизацияға арналған жолақ түріндегі химиялық индикаторлар. Өлшемі: 1 қаптамада 200 дана индикатор
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Гани Иляева қ,142-а
Жеткізу мерзімі:	Шарт түзілген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

**Функционалдык,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінздемесін
сипаттау:**

ГОСТ ISO 11140-1 Төмен температуралы плазмалық стерилизацияға арналған жолақ түріндегі химиялық индикаторлар. Техникалық сипаттамасы: • Мақсаты: Сутегі асқын тотығының буымен (плазмамен) стерильдеу циклдерінің параметрлерін бақылауға арналған сыртқы және ішкі химиялық индикаторлар. • Формасы: Өлшемі кемінде 10x90 мм болатын, бетіне индикаторлық бояу (белгі) жағылған қағаз немесе пластик жолақтар түрінде. Жолақтардың ортасында бөлу сызығы (перфорация) болуы мүмкін. • Жұмыс істеу принципі: Стерилизация процесі сәтті өткен кезде индикаторлық белгінің түсі бастапқы түстен (мысалы, қызыл/күлгін) нұсқаулықта көрсетілген соңғы эталондық түске (мысалы, сары/жасыл) анық және қайтымсыз түрде өзгеруі тиіс. • Класы: ГОСТ ISO 11140-1 стандартына сәйкес 4-ші кластан (көппараметрлі индикаторлар) төмен емес болуы шарт. Стерилизацияның негізгі екі немесе одан көп критикалық параметрлеріне (сутегі асқын тотығының концентрациясы, экспозиция уақыты, температура) жауап беруі тиіс. • Қауіпсіздігі: Индикаторлық бояу қабаты стерильденетін медициналық бұйымдармен тікелей жанасқанда оларға зақым келтірмеуі, улы заттар бөлмеуі және із қалдырмауы керек. Жолақтың сыртында эталондық түс үлгісі көрсетілуі тиіс. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар: 1. Тауар ГОСТ ISO 11140-1 халықаралық стандартының талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. 2. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қолданыстағы Тіркеу куәлігін (Регистрационное удостоверение РК) міндетті түрде ұсынуы қажет. 3. Жеткізу сәтіндегі тауардың жарамдылық мерзімі жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80%-ын құрауы тиіс. 4. Қаптамада дайындаушы зауыттың атауы, партия нөмірі, шығарылған күні және сақтау шарттары қазақ немесе орыс тілдерінде көрсетілуі керек. Жеткізуші алдын ала тауар үлгісін Тапсырыс берушімен келісуі қажет. Жеткізу мерзімі: Шарт түзілген күннен бастап 16 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17251989-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технического спецификация
Номер лота:	№ 82523340-ЗЦП1
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля воздушной стерилизации
Дополнительное описание лота:	Химические индикаторы в полосках для низкотемпературной плазменной стерилизации. Размер: в 1 упаковке 200 штук индикатор
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Гани Иляева,142-а
Срок поставки:	С момента заключение договора 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>ГОСТ ISO 11140-1 Химические индикаторы в полосках для низкотемпературной плазменной стерилизации. Техническая спецификация:</p> <ul style="list-style-type: none">• Назначение: Индикаторы химические наружные и внутренние, предназначенные для контроля параметров циклов стерилизации парами пероксида водорода (плазмой).• Форма выпуска: В виде бумажных или пластиковых полосок размером не менее 10x90 мм с нанесенной индикаторной меткой. Полоски могут иметь перфорацию (линию деления) посередине.• Принцип действия: При успешном прохождении процесса стерилизации цвет индикаторной метки должен четко и необратимо измениться с начального (например, красного/фиолетового) на конечный эталонный цвет согласно инструкции производителя (например, желтый/зеленый).• Класс: Не ниже 4 класса (многопараметрические индикаторы) в соответствии с ГОСТ ISO 11140-1. Должны реагировать на два или более критических параметра плазменной стерилизации (концентрация пероксида водорода, время экспозиции, температура).• Безопасность: Индикаторный слой при прямом контакте со стерилизуемыми медицинскими изделиями не должен повреждать их, выделять токсичные вещества или оставлять следы. На полоске должен быть нанесен образец эталонного цвета. <p>Требования к качеству и безопасности:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Товар должен строго соответствовать требованиям международного стандарта ГОСТ ISO 11140-1.2. Поставщик при поставке обязан предоставить действующее Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Казахстан (РК) на данное медицинское изделие.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем.4. На упаковке должны быть указаны наименование завода-изготовителя, номер партии, дата производства и условия хранения на казахском или русском языках. Поставщик должен предварительно согласовать образец товара с Заказчиком. <p>Срок поставки: 16 календарных дней с даты заключения договора.</p>
---	---