



УТВЕРЖДАЮ

**Командир войсковой части
полковник**

А. Ахметов

2026 год






**Техническая спецификация для поверки
метрштока в количестве 2штук**

Наименование закупки:	Поверка средств измерений
Единица измерения:	Услуга
Места проверки:	г. Астана, ЖМ Железнодорожный, ул. Шалкар 9/2
Срок проверки:	Не позднее 30 ноября 2026 года
Описание функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, требуемые к поставщику при поверке средств измерений:	Поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц (поверочными лабораториями) в соответствии с методикой поверки средств измерений на договорных условиях. Положительные результаты поверки удостоверяются оттисками поверительного клейма, который наносится на СИ и (или) на эксплуатационную документацию, и (или) сертификатом поверки соответствующий ГОСТу 8.247-2004. "Метрштоки для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах". Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, то оттиск действующего поверительного клейма гасится и делается соответствующая запись в эксплуатационной документации, действующий сертификат о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению. Если средство измерений

	используется для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, чем оно предназначено, то по требованию заявителя допускается поверку средств измерений проводить в ограниченном диапазоне или для применяемого числа диапазонов величин. В этих случаях на средство измерений наносится заявителем отчетливая надпись или условное обозначение, определяющие область их применения.
Диапазон измерения	от 0 до 3000 мм

Члены комиссии:

майор
лейтенант
старшина
сержант
ефрейтор

А. Каиркенов
 Б. Тұрарбек
 М. Нурпеисов
 Ж. Қасымов
 А. Ельшибаева